

深圳市帝迈生物技术有限公司

实验室设备招标文件

招标人：深圳市帝迈生物技术有限公司



日期：2021年10月18日

招标部门：GP 采购部

招标号：DM-GP-20211012A

目 录

第一篇 投标邀请	3
一、招标项目内容	3
二、投标单位资质	3
三、注意事项	4
第二篇 投标人须知	6
一、总则	6
二、工程说明	6
三、招标人权利	7
四、投标费用	7
五、对变更及洽商的结算	7
六、廉洁须知	7
七、其他	7
第三篇 招投标文件	8
一、招标文件组成	8
二、投标文件组成	9
三、招标文件的澄清	9
四、编制要求	9
五、投标文件的密封与标志	10
六、投标文件的修改与撤回	10
七、投标文件格式	10
八、投标报价	11
第四篇 结算与付款	11
一、结算	12
二、付款	12
第五篇 评标议标	12
一、评标的主要内容	12
二、中标条件:	12
三、投标文件的初步评审	12
第六篇 验收及质量保证	13
一、竣工验收	13

二、人员培训.....	13
三、质量保证.....	13
第七篇 相关联的附件.....	14
附件 1 设备招标清单.....	15
附件 2 报价模板.....	15

第一篇 投标邀请

一、招标项目内容

项目名称：深圳市帝迈生物技术有限公司实验室设备（详见设备招标清单，含安装调试）

二、投标单位资质

1. 基本条件:

1) 具有独立承担民事责任的能力。

2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5) 必须是具备独立生产能力和独立施工能力的企业。

6) 招标文件中规定的和法律、行政法规中有规定的其他条件。

7) 单位机构代码证。

8) 法人代表授权委托书及身份证复印件。

2. 资质要求:

1) 产品代理资质。

2) 产品安装调试资质。

3) 产品后期维护资质。

三、注意事项

1) 本次招标采取公开招标、内部议标的方式进行, 经评审后

选择最合适的投标单位为中标单位, 并将中标单位公示。

2) 投标方递交的所有投标资料均需盖公司公章。

3) 标书发出时间: 招标人将于 2021 年 10 月 18 日 09:00-17:30

在帝迈公司官网发布公开招标信息及招标文件。

4) 投标截止时间: 投标资料递交的截止时间为 2021 年 10 月

22 日 18:00 分以前递交加盖密封章的投标文件, 地点为深圳

市光明新区科联路高科国际创新中心 B 栋 10 楼, 接收人: 何

海珍。联系电话：13728711750。逾期送达的或者未送达给指定人员的投标文件，恕不予受理，视为自动放弃此次招标。

5) 开标时间：招标委员会将于 2021 年 10 月 23 日 17:00 在深圳市帝迈生物技术有限公司内部开标，地点：深圳市光明新区科联路高科国际创新中心 B 栋 10 楼。

6) 中标通知书：根据招标委员会批复的中标结果以帝迈公司官网发布同步以电子邮件的形式发至中标人。

7) 招标答疑联系人：

何海珍 13728711750

8) 招标监督：联系人：吴鸿民 电话：18503088097

邮箱：wuhongmin@dyminind.com

(如果有任何关于招投标过程中，违反公平，公正，公开原则的，可以匿名反馈给招标监督人)

深圳市帝迈生物技术有限公司 GP 采购部

二零二一年十月十八日

第二篇 投标人须知

一、总则

本工程招标评标委员会由本公司组建,其成员为招标人的代表和有关技术、法规等方面的专业人士,采用公开招标的方式,综合评选中标单位。

本招标文件是本工程招标过程中的规范文件,是招标人与中标人签订本工程采购合同的依据,也是合同文件的主要组成部分,望投标人予以充分重视,如投标单位对本招标文件有不同的意见,要求在接受本招标文件后,24 小时内提出,招标人,在征得所有投标人意见后统一调整。

本工程为直接投标单位中标承接,不得有任何形式的转包,如若发现有任何形式的转包,本公司有权随时要求停止合同,并追究承包方责任。

二、工程说明

1. 工程名称: 深圳市帝迈生物技术有限公司实验室设备采购 (详见设备招标清单)
- 工程安装地点: 深圳市光明新区科联路高科国际创新中心 B 座 12F。
2. 承包方式: 本工程投标包含设计、制造、运输、安装、调试、检测、维护、维修。
3. 工程工期: 在合同正式生效后, 中标方需在招标方要求的时间内完成工程交付并安装调试完成。

三、招标人权利

- 1) 招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前,有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标人;

- 2) 所有的投标文件,无论是否中标,招标人均不退还;
- 3) 招标人根据评标委员会的评标报告,结合投标人的行业资质或者工程经验,有权对安装工程作实际调整;

四、投标费用

1. 无论投标过程中的做法和结果如何,投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

五、对变更及洽商的结算

1. 合同价款调整的范围:除招标文件中另有条款约定外,合同价款只对因招标人提出的设计变更引起的工程量的增减进行调整。

六、廉洁须知

1. 投标方须严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定,不得以回扣、商业贿赂或通过其他违法或不正当竞争手段促成本招标之目的。投标人在本合同签署前以及双方保持业务关系期间,不得以任何形式向招标方相关人员进行贿赂或提供回扣。如投标方违反上述承诺及反商业贿赂义务的,一经发现并核实,招标单位有权取消投标方的中标资格,且由投标方独立承担由此造成的一切不利法律后果。

七、其他

1. 该工程所购买的产品均需以《深圳市帝迈生物技术有限公司》的名义购买，并提供证明，以便后续维保。
2. 中标方提供的具体的施工图纸和交付产品必须满足环保要求，否则招标单位有权要求中标方无条件整改，其造成的所有损失均由中标方承担。

第三篇 招投标文件

一、招标文件组成

1. 招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

本招标文件包括以下内容：

- | | |
|-----|---------|
| 第一篇 | 投标邀请 |
| 第二篇 | 投标须知 |
| 第三篇 | 招标文件 |
| 第四篇 | 结算与付款 |
| 第五篇 | 评标议标 |
| 第六篇 | 验收及质量保证 |
| 第七篇 | 相关附件 |

2. 投标人领取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后 3 日内向招标人提出，否则，由此引起

的投标损失自负；

二、投标文件组成

1. 商务标：

a, 企业资料：营业执照、资质证书、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证、ISO9000 质量、环境、安全体系认证书（复印件均需加盖公司公章）；

b, 法定代表人身份证明书或投标文件签署授权委托书；

c, 被委托人身份证明书；

d, 报价清单；

2. 技术标：

a, 产品说明书；

b, 售后服务承诺书；

三、招标文件的澄清

1. 投标人在收到招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，

任何要求澄清招标文件的投标人均应在投标截止日 3 天前按招标人地址以邮件形式向招标人提交。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件作出澄清，招标人都将在投标截止日期 3 天前以前以邮件形式予以答复。投标人应尽快以邮件形式通知招标人确定已收到澄清纪要，澄清纪要作为招标文件的部分，对投标人起约束作用。

四、编制要求

1. 投标人与招标人之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标

文件均应用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其他语言，但必须附中文译文。再此，为了解释投标文件，应以中文为准。

2. 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

五、投标文件的密封与标志

投标人在投标文件封底规定之处(密封线内)填写招标人及项目名称和投标人名称并加盖公章法定代表人签名(或盖章)，按密封线将其密封。投标文件应随投标文件技术标、商务标分开制作，分开密封。密封袋上均应注明下列识别标志：

- 1) 工程名称；
- 2) 2021 年 10 月 23 日 17 时 00 分开标，此时间以前不得开封；
- 3) 写明投标人的名称和地址、电话；

六、投标文件的修改与撤回

1) 投标单位可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以邮件形式向招标单位递交修改请求。

2) 在投标截止日期以后，不能更改投标文件。

3) 在投标截止时间与招标文件中规定的投标有效期终止日之间的这

段时间内，投标单位不能撤回投标文件，否则视其为放弃投标。

七、投标文件格式

投标单位应按照招标文件中格式，填写报价表。投标文件中还应

注意以下内容：

- 1) 投标单位提供的设备、设施及材料的明细表需标明品牌，没有品牌须注明生产产地或者生产厂家；
- 2) 投标单位须严格按照要求制作招标文件，由于违反上述规定而造成
的被废标的风险将由投标单位自行承担。

八、投标报价

1. 本工程合同形式为固定总价合同，投标报价根据招标人提供的
技术参数要求进行报价；

2. 投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和，
还应包括根据工程特点和现场因素发生的所有措施性费用、及
零星改动费用；

3. 投标人的投标报价，应是投标范围各项内容中所述的全部，不
得以任何理由予以重复；

4. 投标人应根据图纸自行计算的分部分项工程量报价。任何有
选择的报价将不予接受，每一个项目只允许有一个报价；

5. 货币单位为人民币；

6. 货物运至最终目的地的运输、保险和安装调试、人员培训等其
他当地发生的伴随费用；

第四篇 结算与付款

一、结算

1. 本工程采用工程量清单报价同时包含本招标文件所列的工程要求，洽谈结果为不可变造价。

2. 物料清单外增加的工程内容按工作联系单形式作签单结算。
- 二、付款

1. 原则按工程节点支付工程进度款（具体在合同中约定）；

第五篇 评标议标

一、评标的主要内容

1. 投标报价的合理程度；
2. 设计方案的可性、先进性；
3. 技术措施的经济性、可靠性、科学性；
4. 对招标文件响应程度；
5. 打包投标优先考虑；

二、中标条件：

1. 能够最大限度的满足招标文件中规定的各项标准；
2. 能够满足招标文件实质性要求，经评审的投标价合理；

三、投标文件的初步评审

1. 投标文件有下列情况之一的，招标人不予受理：
 - 1) 逾期未送达指定地点的；
 - 2) 未按招标文件要求密封的；
2. 投标文件有下列情况之一的，经招标方审核批准按废标处理：
 - 1) 投标文件未按照招标文件规定的格式填写，内容不全或者关键字

迹模糊、无法确认的；

- 2) 投标单位递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未作出偏正说明的；按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
- 3) 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；
- 4) 投标文件附有招标单位不能接受的其它条件的；
- 5) 投标单位在投标活动中出现欺诈行为的；

第六篇 验收及质量保证

一、竣工验收

1. 竣工验收的条件除非合同中另有约定，只有当工程具备以下条件时，承包方可申请竣工验收：

- 1) 工程按合同约定实施完毕并且自检合格；
- 2) 按本合同的有关条款竣工资料齐备完整；
- 3) 符合政府或有关管理机构规定的任何其他竣工条件；

二、人员培训

投标单位应以讲座和在岗培训相结合的形式免费培训招标单位人员，使招标单位人员能熟练操作各系统及可以胜任日常简单的维护工作。

三、质量保证

投标单位应严格国家、行业现行标准规范进行设计、制作、安装，确保工程符合国家及行业规范要求。在招标单位的监督下，投标单位应严格对设备各个环节进行把关，严格按照产品标准及本文件中规定

的安装“执行标准”进行制作和安装，并在完工后提供完整的交工资料。具体的售后服务要求和设备质量保证细节在合同中约束。（免费质保时间按照行业要求最低为壹年以上）

质保期内的质保承诺为本次招标的参考条件之一。

第七篇 相关联的附件

附件 1 设备清单

附件 2 报价模板

附件 1 设备招标清单

名称	品牌	型号	数量	备注
示波器	是德	MSOX6004A	1	
频谱仪	是德	N9320B (含探头 N9311X-100 和附件 N3300A+N3302A*5 +N3305A)	1	

附件 2

序号	名称	规格型号	品牌	数量	单位	未税价	含税价	总价	付款条件	货期	保修时间
1											
2											