DM-CAL-5E

HEMATOLOGY CALIBRATOR

Reference Values provided by DYMIND

CALIBRATOR

LOT C5E1022

2022-09-12

2022-11-10

Applicable Instrument	Parameter	Unit	Reference Value
DYMIND DH-600 DH-602 DH-605 DH-610 DH-612 DH-615 （Technical File Version A1.0 or higher）	WBC	$\times 10^9$/L	9.68
	RBC	$\times 10^{12}$/L	4.55
	HGB	g/L	135
	MCV	fL	84.1
	PLT	$\times 10^9$/L	253

【NOTE】

1. The calibrator should be stored in refrigerator (2℃~8℃). After opening, it will keep stable for 7 days when it is stored airtight at 2℃~8℃.
2. Before mixing and running the calibrator after take it out from the refrigerator, please keep it at least 15 minutes until reaching room temperature(15℃~30℃).
3. Calibrator must be well mixed before using. Please mix gently, to avoid cells rupture and/or generating bubbles.
4. After using, put the calibrator back into the refrigerator to prevent contamination and evaporation.